



РОССТАНДАРТ

ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ,
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКА ТЫВА»
(Хакасский филиал ФБУ «Красноярский ЦСМ»)

ул. Ленинского комсомола, д. 9А, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655017
Тел/факс.: (3902) 22-50-05
E-mail: info@csm19.ru
http://www.krascsm.ru

ОКПО 02567136, ОГРН 1022402306960
ИНН/КПП 2464019742/190143001

23.01.2019 № 281/19/6 - 223

на № _____

Сообщаем Вам, что при проведении проверки деятельности ООО «Технический центр «Электрум» по соблюдению требований законодательства в области обеспечения единства измерений государственными инспекторами СМТУ Росстандарта выявлены нарушения правил проведения поверки счетчиков электрических.

ООО «Технический центр «Электрум» за данные правонарушения привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ.

ООО «Технический центр «Электрум» проводило поверку счетчиков электрических без демонтажа (не отключая счетчик от электроэнергии) и без снятия пломб, предотвращающих несанкционированный доступ к приборам учета, что является нарушением правил проведения поверки, следовательно, свидетельства о поверке, выданные ООО «Технический центр «Электрум» с нарушением установленных требований, не могут быть признаны действительными и не могут применяться для коммерческого учета и взаимных расчетов.


Кроме того, по информации Управления Росаккредитации по СФО действие аккредитации ООО «Технический центр «Электрум» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № 1236) прекращено с 09.01.2019г.

Прошу принять данную информацию к сведению и проинформировать потребителей Ваших услуг о необходимости проведения своевременной



Система менеджмента качества сертифицирована с декабря 2010 г.

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья сертифицирована с декабря 2013 г.



поверки приборов учета в учреждениях (организациях), имеющих действующий аттестат аккредитации.

Напоминаем, что поверку средств измерений могут осуществлять только аккредитованные в установленном порядке юридические лица, поэтому при проведении поверки необходимо запросить у Исполнителя действующий аттестат аккредитации, а также обращать внимание на место осуществления деятельности данным юридическим лицом. Проверить действие аттестата аккредитации можно на официальном сайте Росаккредитации в разделе Реестры.

Начальник Хакасского филиала
ФБУ «Красноярский ЦСМ»



И.В. Мурзина